

# METROLOGIA CLÁSICA Y METROQUIMICA

OBJETO DE CALIBRACION / VERIFICACIÓN	CAMPO	ALCANCE	METODOLOGIA
Balanzas Electrónicas	Masa	Balanzas Electrónicas tipos I, II y III (hasta 400 g)	Calibración con juego de pesas patrón E2
Termómetros	Temperatura	Termómetros de Inmersión (de -20°C a 150°C)	Calibración por comparación en un baño líquido termostatzado con Patrón Sonda de Platino Pt100
Micropipetas	Volumen	Micropipetas automáticas por desplazamiento neumático (de 20 ul a 10000 ul)	Calibración gravimétrica.
Espectrofotómetros	Espectroscopia	UV-Visible	Verificación con filtros patrones y soluciones patrones.



METROLOGÍA



Ministerio de  
**CIENCIA  
Y TECNOLOGIA**



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE  
**CÓRDOBA**

**ENTRE  
TODOS**